

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG  
**BỆNH VIỆN NHI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 504.../YCBG-BVN  
V/v lắp đặt ổ khí khí y tế

Hải Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ về thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Bệnh viện Nhi Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: lắp đặt ổ khí oxy và sửa chữa, thay gioăng ổ khí với nội dung cụ thể như sau.

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bùi Sỹ Hồng Trưởng phòng VT-TBYT, SĐT: 0936.811.207

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại địa chỉ: Bệnh viện Nhi Hải Dương, địa chỉ: Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 16.30h ngày 14 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá.**

1. Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu theo bảng sau:



Stt	Danh mục thiết bị	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
01	Ổ khí kết nối oxy y tế	-Cung cấp, lắp mới và thêm ổ khí y tế. -Yêu cầu: Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Hệ DIN	Cái	19
02	Cung cấp và lắp đặt thêm ống đồng dẫn khí oxy	-Cung cấp và lắp đặt đường ống dẫn khí -Yêu cầu: Chất liệu: Là loại đồng chuyên dùng trong y tế, ống đạt tiêu chuẩn BS EN13348 Tiêu chuẩn độ dày và kích thước tra tại bảng 2 theo tiêu chuẩn BS EN13348 với số lượng như sau:		
		Ống đồng D12 x 0,8 mm	m	35.4
		Ống đồng D15 x 0,7 mm	m	53
03	Phụ kiện kết nối ống đồng	-Cung cấp phụ kiện: Cút, nối, tê, thu...để kết nối hệ thống khí oxy. -Yêu cầu: Vật liệu bằng đồng chuyên dùng cho y tế, Phù hợp tiêu chuẩn BS EN1254 với số lượng như sau:		
		Nối đồng Ø12	Cái	4
		Nối đồng Ø15	Cái	7
		Cút đồng Ø12	Cái	16
		Cút đồng Ø15	Cái	7
		Tê đồng Ø12	Cái	12
		Tê đồng Ø15	Cái	4
		Thu đồng Ø15-12	Cái	6
		Thu đồng Ø22-15	Cái	2
04	Ghen bọc ống đồng	-Cung cấp, lắp đặt ghen bọc đường ống đồng. -Yêu cầu: kích thước 40*100	m	25
05	Các phụ kiện	Cung cấp các phụ kiện khác như: que hàn, ty đai treo ống đồng, nơ vít, ga hàn.....	Gói	01
06	Sửa chữa, thay	-Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay	Cái	25

gioăng ồ khí	gioăng ồ khí		
--------------	--------------	--	--

2. Bên cung cấp dịch vụ xuống kiểm tra, khảo sát máy theo nội dung yêu cầu báo giá.

3. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Nhi Hải Dương- Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

4. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 30 ngày, kể từ ngày 2 bên ký kết hợp đồng.

5. Vật tư, linh kiện thay thế phải có nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của chính phủ ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế.

6. Thời gian bảo hành: Bên cung cấp dịch vụ nêu rõ thời gian bảo hành.

- Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**  
  
**Nguyễn Văn Hải**



